



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

Dir.Gen.Comm.Int. e dei Cons.Ind.li
DIVISIONE XII- Uff.Centr.Metrico

Prot. N. 340439 Allegati

OGGETTO: Bilance da banco e a piattaforma del tipo meccanico, munite di quadranti circolari o a settore, con tariffario postale.

e,p.c. -ALLA ANIMA
Piazza Diaz, 2
20123 - MILANO

-AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Viale America
00100 - ROMA

CIRCOLARE N. 15

L'U.C.I.S.P. (Unione Costruttori Italiani Strumenti per Pesare) ha rivolto allo scrivente taluni quesiti concernenti le bilance ad uso postale di cui all'oggetto, caratterizzate da scala dei pesi integrata da altre ausiliarie, relative agli importi da pagare per la spedizione di lettere pacchi postali.

In particolare si chiede:

- 1) se per poter riportare scale ausiliarie per tariffari postali sui quadranti recanti le scale ponderali necessita apposito provvedimento;
- 2) se i supporti delle scale ausiliarie possono essere applicati all'esterno, e precisamente su vetri destinati a proteggere i quadranti con le scale ponderali.

Trattasi di problemi concernenti strumenti che, pur non essendo impiegati in transazioni commerciali, devono essere ugualmente garantiti nella loro affidabilità metrologica, in quanto utilizzati per la determinazione di tariffe, nella fattispecie fissate dal competente Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ciò premesso, rilevato che l'integrazione del quadrante recante la scala ponderale con altre ausiliarie postali non abbisogna degli esami speciali condotti in sede di approvazione di modello, è da ritenere, in ordine al 1°quesito che in tutte le bilance da banco e a piattaforma, di tipo meccanico, a funzionamento non automatico, regolarmente ammesse alla verifica metrologica sono applicabili, sen-

Remis 2 FEB 1989 19

ALLI UFFICI PROVINCIALI METRICI

LORO SEDI

Disposta al Foglio N. 19 del

- 2 -

za preventiva autorizzazione ministeriale, scale ausiliarie per tariffari postali a condizione che:

a) tale applicazione sia compatibile tecnicamente e metrologicamente con le caratteristiche della scala dei pesi;

b) sui quadranti recanti tariffari postali sia riportata in modo leggibile e ben visibile l'usuale iscrizione limitativa circa l'uso esclusivamente postale;

Circa il 2°quesito si osserva che l'applicazione delle scale con tariffario postale all'esterno dei vetri contrasta con i principi della tutela della fede pubblica, in quanto rende possibile interventi, senza la rimozione dei bolli legali, su dispositivi indicatori, quali le predette scale, di importi strettamente correlati ai valori ponderali rilevati.

Pertanto, l'applicazione in questione non può essere consentita e gli strumenti sui quali sia effettuata sono da considerarsi non regolamentari.

IL DIRETTORE GENERALE

